

<p>REGIONE TOSCANA</p>  <p><b>SST</b> Servizio Sanitario della Toscana</p> <p>Azienda Toscana Nord Ovest Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p><b>INDICAZIONI ALL'APPROCCIO ENDOVASCOLARE</b></p>	<p><b>DV05/PAV01</b></p> <p>Rev.02 del 25 03 2021</p> <p>Pag. 1 di 1</p>
---	---	--

L'approccio endovascolare all'interno delle IFU è infatti possibile se:

- lunghezza del colletto prossimale >10mm
- diametro colletto prossimale <30mm
- colletto prossimale a morfologia sostanzialmente cilindrica
- arterie iliache comuni  $\geq 7$ mm
- asse aorto-bisiliaco scarsamente calcifico
- pervietà degli assi iliaci
- angolazione del colletto prossimale <60°
- scarsa apposizione trombotica
- almeno un'arteria ipogastrica pervia